

KIT DE GASTROSTOMIE PERCUTANEE PAR ENDOSCOPIE CORFLO

SANS LATEX

✓ **Description**

- ⇒ Polyuréthane
- ⇒ Avec dispositif de fixation externe à angle droit en PVC
- ⇒ Longueur 112 cm (le tube peut être coupé à la longueur souhaitée après insertion) - diamètres CH 12 - CH 16 - CH 20
- ⇒ Ligne radio opaque (sulfate de baryum) sur toute la longueur
- ⇒ Repères de profondeur de 1 à 15 cm
- ⇒ Identification de la charrière sur le tube
- ⇒ Extrémité proximale conique avec boucle de fixation au fil guide
- ⇒ Extrémité distale : ballonnet entourant une mousse de polyuréthane
- ⇒ A usage unique
- ⇒ Stérile
- ⇒ Fil guide double de 150 cm en acier inox avec système de préhension dans une gaine enroulée facilitant son utilisation
- ⇒ Champ adhésif fenêtré 54 cm x90 cm - diamètre fenêtre 13 cm
- ⇒ Serviette étanche
- ⇒ 2 doses de gel lubrifiant
- ⇒ Trocart de ponction - longueur 11 cm
- ⇒ Clamp
- ⇒ Tube de fixation externe en silicone
- ⇒ Adaptateur en Y Corlock™ avec extrémités obturables
- ⇒ Emballage thermosoudé servant de plateau de soins
- ⇒ 3 étiquettes auto-adhésives de traçabilité
- ⇒ Insert pour recevoir le livret « Bien utiliser la gastrostomie »
- ⇒ Mode d'emploi

✓ **Références**

- ⇒ Réf. 1156012 : kit de GPE - modèle « Pull »
- ⇒ Réf. 1156016 : kit de GPE - modèle « Pull »
- ⇒ Réf. 1156020 : kit de GPE - modèle « Pull »

✓ **Conditionnement**

- ⇒ 2 unités par boîte

✓ **Accessoires**

- ⇒ Réf. 11561XX : Adaptateur embout Corlock™ - non stérile (XX = CH 12, 16, 20) - 5 unités/boîte
- ⇒ Réf. 11562XX : Adaptateur Corlock™ Twoomey - non stérile (XX = CH 16, 20) - 5 unités/boîte

Ansell S.A.
Le Cériante 1
21-23 rue du Petit Albi
BP 78395
95805 Cergy-Pontoise Cedex
France

Tel. 01.34.24.52.52
Fax. Medical Solutions : 01.30.30.21.38
Fax. Sexual Wellness : 01.30.73.93.46
Fax. Administration : 01.34.24.52.31
infofrance@eu.ansell.com
www.ansell.com



✓ **Date de péremption**

- ⇒ 5 ans (à partir de la date de stérilisation) pour le kit réf. 1156012
- ⇒ 3 ans (à partir de la date de stérilisation) pour les kits réf. 1156016 et réf. 1156020
- ⇒ 5 ans (à partir de la date de stérilisation) pour les adaptateurs réf. 11561XX, 11562XX

✓ **Stérilisation**

- ⇒ Oxyde d'éthylène

✓ **Normes**

- ⇒ Produit fabriqué aux USA par Corpak Medsystems
- ⇒ Unité de production certifiée ISO 13485
- ⇒ Marquage CE (classe IIb stérile) - organisme notifié : KEMA 0344

FT KIT GPE CORFLO 11560XX – 06/04/12

Société Certifiée - Capital : 25.569.672 Euros – R.C.S. PONTOISE B 319 608 709 - Siret 319 608 709 00048 – TVA FR 54 319 608 709



HyFlex®

GAMMEX®

SKYN®

ACTIVARMR™